



Публичное акционерное общество
«Московская объединенная
энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

Генеральному директору
АО «Промсервис»
Я.А. Минакову

пр-т Вернадского, д. 101, кор.3, г. Москва, Российская Федерация, 119526
тел.: +7 (495) 587-77-88, факс: +7 (495) 587-97-00
e-mail: info@moek.ru, www.moek.ru
ОКПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, КПП 997650001

№ _____
на № _____ от _____

О проведенной опытной эксплуатации теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100

Уважаемый Ярослав Аркадьевич!

ПАО «МОЭК» провело комплекс работ по опытной эксплуатации теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 на Центральном тепловом пункте (ЦТП) № 03-07-0905/020, расположенном по адресу: г. Москва, пр. Юрловский, д. 9, стр. 2.

В процессе испытаний были смоделированы все возможные рабочие режимы работы теплового пункта в отопительный и летний периоды. За период испытаний сбоев в работе теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 обнаружено не было.

Метрологические и эксплуатационные характеристики теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 полностью соответствуют заявленным в паспорте и руководстве по эксплуатации. Теплосчетчик ПРАМЕР-ТС-100 удовлетворяет требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных ПП РФ № 1034 от 18.11.13 и «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной приказом Минстроя № 99/пр от 17.03.2014.

В процессе испытаний отмечены преимущества теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 над другими приборами, а именно, возможность индикации расхода теплоносителя и настроечных параметров на расходомере-счетчике электромагнитном ЭМИР-ПРАМЕР-550. Помимо этого, каждый элемент теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 является независимым средством измерения, поэтому в случае отказа одного элемента возможна его замена на аналогичный для быстрого восстановления работоспособности УУТЭ.

ПАО «МОЭК» считает технически обоснованным применение теплосчетчиков ПРАМЕР-ТС-100 на тепловых пунктах ПАО «МОЭК», на других объектах реконструкции и нового строительства.

Приложение: 1. Акт проведения опытной эксплуатации теплосчетчика ПРАМЕР-ТС-100 на 2 л. в 1 экз.

2. Рабочий проект (техническое решение) на установку теплосчетчика на 44 л. в 1 экз.
3. Акты инструментальной диагностики на 3 л. в 1 экз.
4. Суточная ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя на 1 л. в 1 экз.

**Главный метролог –
начальник отдела метрологии
Производственного управления**



И.Е. Лещёв

И.А. Пуцылов
8 (495) 587-77-88 (доб. 80-47)